

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 648/TB-BVTN
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2022. Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp trang thiết bị y tế có quan tâm tham gia chào giá cho các gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 như sau:


1. Chi tiết hàng hóa (phụ lục đính kèm).
2. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 04/7/2022 đến 16:00 ngày 08/7/2022.
3. Nơi nhận hồ sơ chào giá:
 - Địa điểm: Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế Bệnh viện Thống Nhất.
 - Địa chỉ: Số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.38690277 số nội bộ 177.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, VT-TTBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Thanh

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số 698/TB-BVTN ngày 01 tháng 7 năm 2022)

STT	Tên trang thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống X-Quang kỹ thuật số (DR)	Hệ thống	2
2	Hệ thống đọc X-Quang số hóa CR	Hệ thống	1
3	Máy đo áp lực nội sọ	Cái	1
4	Máy siêu âm gáy tê đám rối thần kinh	Cái	1
5	Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò (có đầu dò siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng)	Cái	1
6	Máy theo dõi độ mê (BIS)	Cái	1
7	Máy chụp cắt lớp và chụp mạch máu võng mạc (OCT)	Cái	1
8	Giường hồi sức điều khiển điện	Cái	15
	Tổng cộng		23

PHỤ LỤC CẤU HÌNH CƠ BẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 698 /TB-BVTN ngày 01 tháng 7 năm 2022)

1. Hệ thống X-Quang kỹ thuật số (DR)

I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
	Hệ thống X-Quang kỹ thuật số (DR) và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Hệ thống máy chính		
	• Bàn bệnh nhân	01	Cái
	• Giá chụp phổi	01	Cái
	• Cột đỡ đầu đèn	01	Cái
	• Bộ nguồn	01	Cái
	• Bóng X-quang	01	Bộ
	• Bộ chuẩn trực	01	Bộ
	• Tay cầm phát tia	01	Cái
2	Tấm nhận ảnh phẳng		
	• Tấm nhận ảnh phẳng	02	Cái
3	Hệ thống xử lý	01	HT
4	Màn hình hiển thị Màn hình màu ≥ 23 inches	01	Cái
5	Phần mềm Tối thiểu có các phần mềm sau	01	Gói
	• Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân		
	• Phần mềm chuẩn bị thăm khám		
	• Chương trình kết hợp với các ứng dụng giảm liều tia		
	• Phần mềm xử lý hình ảnh		
	• Lưu trữ và truyền tải dữ liệu		
	✓ DICOM Send/Storage		
	✓ DICOM Print		
	✓ DICOM Query/Retrieve		
	✓ DICOM Dose Structured Report		

	✓ DICOM Worklist/MPPS		
	✓ Documentation		
	✓ An ninh mạng		
6	Phụ kiện khác		
	• Áo chì	01	Cái
	• Yếm chì	01	Cái
	• Máy in phim khô	01	Cái

2. Hệ thống đọc X-Quang số hóa CR

I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
	Hệ thống X-Quang số hóa CR và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Máy chính đọc và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số (CR)	01	Bộ
2	Trạm điều khiển thu nhận, xử lý ảnh X-Quang Kỹ thuật số (CR):		
	Máy vi tính xử lý ảnh	01	Bộ
	Màn hình xem ảnh X-Quang chuyên dụng ≥ 19 inch	01	Bộ
3	Phần mềm chuyên dụng cho hệ thống X-Quang kỹ thuật số (CR)	01	Bộ
4	Cassette có chứa tấm nhận ảnh, trong đó:		
	Cassette có chứa tấm nhận ảnh 14'' x 17'' (35 x 43cm)	08	Cái
	Cassette có chứa tấm nhận ảnh 10'' x 12'' (25 x 30cm)	01	Cái
5	Máy in phim khô laser 2 khay phim	01	Cái
6	Thiết bị phụ và phụ kiện hỗ trợ, bao gồm: Cáp mạng, HUB/Switch	01	Bộ

3. Máy siêu âm gây tê đám rối thần kinh

I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		

	Máy siêu âm gây tê đám rối thần kinh và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
	Thân máy chính	01	Cái
	Màn hình hiển thị ≥ 11 inches có cảm ứng	01	Cái
	Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu	01	Cái
	Gói phần mềm dịch vụ lâm sàng	01	Gói
	Máy kích thích thần kinh Máy chính 01 máy + Dây điện cực 01 dây + Pin 01 pin + Hộp bảo vệ 01 hộp	01	Cái

4. Máy đo áp lực nội sọ

I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
	Máy đo áp lực nội sọ và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Máy chính	01	Cái
2	Bộ gá máy vào cọc truyền dịch	01	Bộ
3	Cáp kết nối giữa catheter và máy chính	01	Bộ
4	Cáp kết nối giữa máy chính và monitor theo dõi bệnh nhân có kênh đo IBP	01	Bộ
5	Phần mềm phân tích dữ liệu trên máy tính/laptop kèm cáp kết nối với máy chính	01	Bộ
6	Tay khoan	01	Bộ
7	Bộ kết nối giữa catheter và monitor theo dõi bệnh nhân có cổng IBP	01	Bộ
8	Bộ catheter đo áp lực nội sọ tại nhu mô	05	Bộ
9	Bộ catheter đo áp lực nội sọ và nhiệt độ nội sọ tại nhu mô	05	Bộ

5. Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò (có đầu dò siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng)

I YÊU CẦU CHUNG			
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II YÊU CẦU CẤU HÌNH			
	Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò (có đầu dò siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng) và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Máy chính thiết kế dạng xe đẩy, Màn hình ≥ 23 inches, ≥ 4 ổ cắm đầu dò	01	Cái
2	Đầu dò (có đầu dò siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng)	03	Bộ
3	Các gói phần mềm đi kèm (liệt kê cụ thể)		

6. Máy theo dõi độ mê (BIS)

I YÊU CẦU CHUNG			
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II YÊU CẦU CẤU HÌNH			
	Máy theo dõi độ mê (BIS) và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Máy chính	01	Cái
2	Bộ truyền dữ liệu	01	Bộ
3	Bộ đầu đo độ gây mê dùng trẻ em	01	Bộ
4	Bộ đầu đo độ gây mê dùng cho người lớn	01	Bộ

7. Máy chụp cắt lớp và chụp mạch máu võng mạc (OCT)

I YÊU CẦU CHUNG	
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
	Máy chụp cắt lớp và chụp mạch máu võng mạc (OCT) và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Thân máy chính OCT bán phần trước, bán phần sau tốc độ quét Scan A $\geq 130.000/$ giây	01	Cái
2	Tỳ cảm nâng hạ bằng điện cho bệnh nhân	01	Cái
3	Adapter cho chụp bán phần trước	01	Cái
4	Bàn nâng hạ motor điện	01	Cái
5	Máy tính	01	Cái
6	Máy in phun màu	01	Cái
7	USB phần mềm chính hãng	01	Cái
8	Bao phủ bụi	01	Cái
9	Dây cáp kết nối hoàn chỉnh	01	Cái
10	Module chụp mạch	01	Bộ

8. Giường hồi sức điều khiển điện

I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2021 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
5	Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa đến $\geq 75\%$		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
	Giường hồi sức điều khiển điện và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:	Số lượng	ĐVT
1	Giường chính	01	Cái
2	Điều khiển cầm tay có dây	01	Cái
3	Bảng điều khiển nâng/hạ nhanh cho bệnh nhân	01	Cái
4	Bảng điều khiển 2 bên thành giường	01	Bộ
5	Bảng điều khiển trung tâm đuôi giường	01	Cái
6	Nệm chống thấm nước, độ dày khoảng 16cm	01	Cái
7	Khay đựng Casset X-ray dưới lưng giường	01	Cái
8	Bàn ăn bệnh nhân	01	Cái
9	Cây truyền dịch 4 móc treo	01	Cái
10	Chỉ báo độ nghiêng phần tựa lưng	02	Cái

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2022

BẢNG CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

STT	Tên trang thiết bị y tế	Model	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Phân nhóm	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Giá trúng thầu công khai trên cổng thông tin BHYT theo TT14	Mã số kê khai giá theo NĐ98	HD tương tự Hoặc QĐ trúng thầu (nếu có)
1										
2										
3										
...										

Đại diện công ty
(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú: Hồ sơ kèm theo bao gồm:

- Báo giá riêng cho từng danh mục thiết bị + Cấu hình chào giá
- Catalogue bản tiếng anh + bản dịch tiếng việt
- Bảng tính năng kỹ thuật thiết bị
- Giấy phép bán hàng