

Số: 1493 /BVTN-VTTBYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của dự án: Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Thống Nhất với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất – Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. HUỖNH MẠNH TÙNG, điện thoại: 0934058005, nhân viên Phòng VT-TTBYT.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TTBYT, Số 1 Lý Thường Kiệt - Phường 7 – Quận Tân Bình – TP. HCM – ĐT: 028.38690277 số nội bộ 177.

- Nhận qua email: Chaogia@bvtn.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 26 tháng 10 năm đến trước 16h30 ... ngày 6 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2023

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Camera kính hiển vi	Mô tả cụ thể được đính kèm tại Phụ lục 2. Danh mục cấu hình tính năng kỹ thuật thiết bị của dự án Mua sắm trang	1	Cái
2	Thiết bị nén ép trị liệu 06 khoang khí		1	Cái

3	Tủ sấy lam	thiết bị Bệnh viện Thống Nhất	1	Cái
4	Bàn sấy tiêu bản		1	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Thống Nhất – Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

**Nơi nhận:**

- Trang thông tin điện tử BVTN (để đăng tải);
- Lưu VT, VT-TTBYT.



**Lê Đình Thanh**

**Phụ lục 1**

(Đính kèm theo Công văn số 16.93/BVTN-VTTBYT ngày 25/10 /2023 của Bệnh viện Thống Nhất)

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi:** .....

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, giấy phép bán hàng của hãng sản xuất hoặc tương đương)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

**Phụ lục 2**

(Đính kèm theo Công văn số 1493 /BVTN-VTTBYT ngày 25/10 /2023 của Bệnh viện Thống Nhất)

**DANH MỤC CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ  
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT****1. CAMERA KÍNH HIỂN VI****I.YÊU CẦU CHUNG**

- Thiết bị đồng bộ mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ , độ ẩm tối đa đến  $\geq 75\%$

**II.YÊU CẦU CẤU HÌNH**

- Camera kính hiển vi và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:
- Máy chính: 01 bộ
- Adapter: 01 cái

**III.YÊU CẦU KỸ THUẬT**

- Camera CMOS, độ phân giải Ultra HD (4K) hoặc cao hơn
- Số điểm ảnh:  $\geq 3840$  (H) x  $2160$  (V) = 8.3 Mega Pixels
- Kích thước cảm biến 7.0x 4.0 mm, tương đương 1/2.1"
- Độ sâu điểm ảnh  $\geq 3 \times 8$  bit
- Tốc độ chụp tối đa  $\geq 30$  hình/ giây

- Thời gian đo sáng khoảng từ 0.06 mili giây đến 1 giây
- Tăng cường độ tín hiệu khoảng từ 1 lần –  $\geq 22$  lần
- Dải nhạy sáng từ 400nm đến  $\geq 700$  nm
- Đa kết nối HDMI, USB 3.0 Type C, Ethernet, Micro-D,...
- Phần mềm bản quyền với các chức năng:
- Chính cân bằng trắng, thời gian phơi sáng, tương phản màu sắc
- Đo đạc cơ bản: đường thẳng, đường tròn, chu vi, diện tích, ...
- Lưu ảnh dưới các định dạng khác nhau
- Chức năng mở rộng độ sâu ảnh EDF
- Chức năng chụp Panorama
- Có thể kết nối với phần mềm HIS hiện đang sử dụng của Bệnh viện để lưu và trả kết quả
- Adapter có thể tháo lắp linh động

#### **IV. YÊU CẦU KHÁC**

- Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện
- Thời gian giao hàng  $\leq 3$  tháng
- Thời gian bảo hành  $\geq 12$  tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
- Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa  $\geq 10$  năm
- Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Anh và tiếng Việt
- Tuân thủ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Tuân thủ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

## **2. THIẾT BỊ NÉN ÉP TRỊ LIỆU 06 KHOANG KHÍ**

### **I. YÊU CẦU CHUNG**

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương

- Nguồn điện yêu cầu: 220V/380V, 50Hz
- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ , độ ẩm tối đa đến  $\geq 75\%$

## II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01
- Bao chỉ chân: 02
- Ống nối đơn: 02
- Công tắc an toàn: 01
- Dây nguồn: 01
- Sách hướng dẫn sử dụng: 01

## III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Nguồn điện: AC 200/240V, 50/60Hz
- Công suất cầu chì: T3.15A/250V
- Năng lượng tiêu thụ: 75VA
- Áp lực cài đặt: 10~200mmHg  $\pm$  20mmHg (Đơn vị: 10mmHg)
- Thời gian cài đặt: 1~90 phút
- Kích thước: 414(W)x 310 (D) x (160 (H) mm
- Trọng lượng: 5Kg (chỉ có thân máy )
- Màn hình cảm ứng, dễ dàng vệ sinh
- 1 kênh và 2 công ngõ ra
- 3 chế độ nén khí dễ dàng chọn lựa và điều trị chuyên sâu
- Có 4 bao chỉ có thể sử dụng cho tất cả các vùng trên cơ thể

### Ứng Dụng Điều Trị

- Phù bạch huyết, Ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu

- Suy tĩnh mạch, Bàn chân tiểu đường, Co giật, Thiếu máu não thoáng qua, Sau bại liệt, Sau chấn thương, Suy tĩnh mạch mãn tính, Hẹp tắc động mạch chi dưới, Sau khi cắt bỏ vú, Massage, Cải thiện tuần hoàn máu, Dependent positioning

#### **IV. YÊU CẦU KHÁC**

- Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện
- Thời gian giao hàng  $\leq 3$  tháng
- Thời gian bảo hành  $\geq 12$  tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
- Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa  $\geq 10$  năm
- Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Anh và tiếng Việt
- Tuân thủ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Tuân thủ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

### **3. BÀN SẤY TIÊU BẢN**

#### **I. YÊU CẦU CHUNG**

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện yêu cầu: 220V/380V, 50Hz
- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ , độ ẩm tối đa đến  $\geq 75\%$

#### **II. YÊU CẦU CẤU HÌNH**

- Bàn sấy tiêu bản kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 01 Máy/ HT
- Máy chính: 01 bộ
- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

#### **III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT**



- Kích thước  $\approx 250 \times 300 \times 80$  mm
- Bàn kéo dẫn cho nhiệt độ ổn định với bề mặt làm việc bằng nhôm dày 6 mm và được phủ sơn đen
- Nhiệt độ điều chỉnh từ +30 đến +990C
- Bộ điều khiển nhiệt độ, điều chỉnh và hiển thị các tín hiệu dạng số
- Có chức năng tự ngắt khi quá nhiệt

#### **IV. YÊU CẦU KHÁC**

- Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện
- Thời gian giao hàng  $\leq 3$  tháng
- Thời gian bảo hành  $\geq 12$  tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
- Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa  $\geq 10$  năm
- Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Anh và tiếng Việt
- Tuân thủ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Tuân thủ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

### **4. TỦ SẤY LAM**

#### **I. YÊU CẦU CHUNG**

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 và/hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện yêu cầu: 220V/380V, 50Hz
- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ , độ ẩm tối đa đến  $\geq 75\%$

#### **II. YÊU CẦU CẤU HÌNH**

- Tủ sấy lam tiêu chuẩn,
- Máy chính: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

### **III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Thời gian sấy lập trình từ 1 phút đến 99h59 hoặc hoạt động với bộ hẹn giờ
- Kích thước tổng thể(W/D/H): 445x370x480mm
- Kích thước buồng sấy: ~ 418x273x280mm
- Nhiệt độ: 20-80 độ C, điều chỉnh trong 1 bước
- Trọng lượng: 28kg
- Nguồn cung cấp: 115/230V, 50/60Hz, 1250VA

### **IV. YÊU CẦU KHÁC**

- Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện
- Thời gian giao hàng  $\leq 3$  tháng
- Thời gian bảo hành  $\geq 12$  tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
- Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa  $\geq 10$  năm
- Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Anh và tiếng Việt
- Tuân thủ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Tuân thủ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập